

集団接種事業協力者の皆様へ

令和5年7月4日

平素は甲府市における新型コロナウイルスワクチン集団接種事業にご協力いただき、感謝申し上げます。

さて、このところアクシデント報告もあまり無く落ち着いていましたが、7月1日の環境センター出務者から、「シリンジが変わり、いつものように充填していたのでは6人分採れない」との連絡を受けました。

今回の注射器は、初めの頃に使用していたようなシリンジに針を接続するタイプのものです。

しかも、接続した部位の箇所に空間が結構あるため、今までのようにシリンジに溜まったエアをきれいに抜いてしまうと、 $0.3\text{ml} + \alpha$ で1つのバイアルから6人分が採れなくなってしまうという事例です。

今回お願いしたいこと

- ① このシリンジを使用する会場の方には、接続部位に少し空気を残すような感じで、ワクチンの充填をお願いします。
- ② シリンジと注射針の接続時、30度程ひねりながら少し強めに接続するようにしてください。



※ 丸印の部分には少し空気が残ってもやむを得ないです。

写真については、薬剤師会ホームページで確認してください。

土曜日、日曜日に協力した看護師さん達からは、この程度なら大丈夫という意見は得ています。

なお、甲府市に確認したところ、一体型の注射器は在庫が少なくなってきており、順次今回の注射器に変わっていくとのことですので、取扱には十分に注意してください。

皆様の更なるご協力をお願いします。

(公社) 甲府市薬剤師会
会長 植松 俊彦